

Evrak Tarih ve Sayısı: 19/10/2017-12281



**TÜRK ECZACILARI BİRLİĞİ**  
**MERKEZ HEYETİ**



Sayı : 40.A.00/

Ankara,

Konu : Newita/Vitastiq, Vitamin Ölçümü Hakkında

**BÖLGE ECZACI ODASI**  
**YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞINA**

Birliğimize T.C. Sağlık Bakanlığı Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu'ndan gelen 29.09.2017 tarihli ve 193589 evrak numaralı yazı ile,

Ogig Sağlık ürünleri ve Hizm. San. Ltd.Şti'nin Türkiye distribütörlüğünü yapan "Vitastiq" isimli cihaz ile, Ülkemiz genelinde bazı eczanelerde vitamin ve mineral ölçümü yapılarak, çıkan sonuca göre "Newita" marka takviye edici gıda satışının yapıldığı, konunun, Kurum Beşeri Tıbbi Ürün Klinik Değerlendirme Komisyonu tarafından değerlendirilerek, söz konusu cihazın 'Doğrudan ilaç ve/veya tıbbi bir ürün ile satışıyla ilişkilendirildiğinden taşıdığı potansiyel riskler/sorunlar nedeni ile "Vitastiq" isimli cihazın eczanelerde kullanımı, bulundurulması ve/veya satılmasının uygun bulunmadığı' belirtilmiştir.

İlgili Kurum yazısı yazımız ekinde yer almakta olup, bilgilerinizi ve konunun üyelerinize duyurulmasını saygılarımla rica ederim.

**Ecz.Arman ÜNEY**  
Genel Sekreter

EKLER :

Kurum tarafından gönderilen yazı (1 sayfa)

B.HOTİ

R.HİMMET

TÜRK ECZACILARI BİRLİĞİ	
5. BÖLGE KONYA ECZACI ODASI	
Dosya No:	254
Tarihi :	20 Ekim 2017.
Havalesi :	

GÜVENLİ ELEKTRONİK İMZA

ASLINA GÖRE

20/10/2017

Evrakı Doğrulamak İçin : [http://213.74.103.250/envision/validate\\_doc.aspx?V=BEBP36564](http://213.74.103.250/envision/validate_doc.aspx?V=BEBP36564)

TS-EN ISO 9001:2008 Belge No: KY-2570-03/10-R

Format: 43/02

Willy Brandt Sokak No:9 06690 Çankaya-ANKARA Tel: (0.312) 409 81 00 · Fax: (0.312) 409 81 09  
e-mail: teb@teb.org.tr Web adresi: www.teb.org.tr

Bu belge 5070 sayılı Elektronik İmza Kanununun 5. Maddesi gereğince güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.

Evrak Tarih ve Sayısı: 02/10/2017-17552

HİZMETE ÖZEL

T.C. Sağlık Bakanlığı  
Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz KurumuT.C.  
SAĞLIK BAKANLIĞI  
Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu

NORMAL

Sayı : 48416123-513.01-E.193589

29.09.2017

Konu : "Vitastiq" hk.

TÜRK ECZACILARI BİRLİĞİ MERKEZ HEYETİ BAŞKANLIĞINA  
Willy Brandt Sokak No: 9  
Çankaya/ANKARA

Ogig Sağlık Ürünleri ve Hizm. San. Ltd. Şti.'nin Türkiye distribütörlüğünü yaptığı "Vitastiq" isimli cihazla ülkemiz genelinde bazı eczanelerde vitamin ve mineral ölçümü yapılarak bu ölçüm sonucuna göre "Newita" marka takviye edici gıda satışı yapılması hususu Kurumumuz Beşeri Tıbbi Ürün Klinik Değerlendirme Komisyonu'nca değerlendirilmiş olup 06.09.2017 tarihli Komisyon Raporu'nda "Doğrudan ilaç ve/veya tıbbi bir ürünün satışıyla ilişkilendirildiğinden taşıdığı potansiyel riskler/sorunlar nedeni ile "Vitastiq" isimli cihazın eczanelerde kullanımı, bulundurulması ve/veya satılması uygun bulunmamıştır." şeklinde kanaat bildirilmiştir.

İlgili Bilimsel Komisyon Raporu doğrultusunda "Vitastiq" isimli cihazın eczanelerde kullanımı, bulundurulması ve/veya satılmasının uygun olmadığına üyelerimiz eczacı odaları vasıtası ile tüm serbest eczacılarımıza duyurulması hususlarında bilginizi ve gereğini rica ederim.

Dr. Hakkı GÜRSÖZ  
Kurum BaşkanıSöğütözü Mahallesi, 2176.Sokak No:5 06520 Çankaya/ANKARA  
Tel: (0 312) 218 30 00- Fax : (0 312) 218 34 60 www.ticck.gov.trBilgi için: Esra ÖVEZ  
Unvan: Eczacı

Bu belge 5070 sayılı Elektronik İmza Kanunu uyarınca elektronik olarak imzalanmıştır. Doküman <http://cbs.ticck.gov.tr/Basvuru/Elmza/Kontrol> adresinden kontrol edilebilir. Güvenli elektronik imza aslı ile aynıdır. Dokümanın doğrulama kodu : ak1Uak1Uak1US3k0ZmxXRG83Q3NR